Aktuelle Belegung: (Kanäle a u. c sind möglicherweise alle vertauscht!)

1	P6a
2	b
3	c
4	NO1Ka
5	b
6	c
7	~~Ne~~ Ca7a
8	b
9	c
10	$NH_4$7a
11	b
12	c
13	K7a
14	b
15	c

alt hier
Neue Messlösungen (07.01.25)
low-sample-high
u. sample-x/-y/-z

Ref int. 1K

16.01.25

	low	high	m	sample	Δ sample-low	c Anzeige	m
P6 a	19 → 16	-22 → -28	-32	-22	-41	241	
b	9	-32	-32	-20	-29	138	
c	-40 → -42	-74	-26	-63 → -66	-23	145	
NO K1a	20 → 18	-25	-35	-15 → -17	-35	897	
b	-203 → -204	-214	-8	-203 → -206	/	139	
c	-242 → -246	-243	-1	-238 → -240	/	/	
Ca7a	-19	28	+36	19	+38	161	
b	-17	31	+37	23	+40	170	
c	-68 → -66	-9 → -6	+45	-11	+57	256	
$NH_4$7a	8 → 6	54 → 51	+48	39	+47	195	
b	107 → 110	192 → 194	+85	180 → 178	+73	312	
c	111	193 → 195	+83	179 → 175	+68	273	
K7a	-36	41	+59	25 → 22	+61	199	
b	-60 → -63	20	+62	7 → 5	+67	235	
c	-103 → -105	-56 → -59	+36	-65 → -67	+38	238	

m aus Graph low-high
→ entscheiden, welche Steigung am besten passt, d.h. welchen WERT Programm auswählen würde

Sensorkabel 4u.5 ausgetauscht
CNO ~~b u. c~~
b u. c

	low2	high2	m	sample	Δ sample-low	c Anzeig	m
	2	-30 → -34	-25	-25	-27	163	
	6	-35	-32	-22	-28	128	
	-45	-77	-25	-66	-21	120	
	18 → 16	-25 → -27	-33	-14	-32	754	
	-189 → -193	-219	-23	-213	-24	914	
	-231 → -235	-246	-12	-242	-11	769	
	-19	25	+34	16	+35	167	
	-14	29	+33	21	+35	171	
	-44	1	+34	-4	+40	213	
	-14 → -18	45	+45	32 → 36	+46	304	
	~~-11~~ 120 → 118	182	+48	164	+44	222	
	~~-11~~ 111 → 108	181	+54	165	+54	254	
	~~120~~ -37 → -40	37	+57	20 → 18	+57	203	
	-48 → -51	19	+52	5	+53	211	
	-89 → -92	-57 → -60	+25	-65	+24	217	

Messung 2